ДАРИН
РУССКАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ БАССЕЙНОВ
ДАРИН
108851, Москва, Щербинка,
Симферопольское шоссе, 11
+7 495-983-10-83
info@darin7.ru
www.darin7.ru

Уважаемые партнёры!

Монтаж станции КРИСТАЛЛ закончен, вода в бассейне прогрета до рабочей температуры.
Краткий порядок действий с измерительными электродами:

1. Снять с электродов защитный колпачок с раствором KCL (рекомендуется защитный колпачок не выкидывать).
2. Аккуратно стряхнуть pH-электрод, как градусник, пару раз (чтобы, возможно образовавшиеся пузырьки воздуха, передвинулись от мембраны к оголовку с проводами pH-электрода).
3. Установить электроды в измерительную ячейку, провода подключить к соответствующим клеммам контроллера.
4. Подать напряжение на станцию КРИСТАЛЛ.
5. Убедиться, что дозирующие насосы находятся в режиме «Останов».
6. Оставить pH-электрод в таком положении на срок не менее 10 часов (адаптация 600 минут) – электрод подключен, станция под напряжением (электрод не калибровать!).
7. По происшествии указанного времени – откалибровать pH-электрод с помощью буферных растворов.
8. Привести воду бассейна к рабочему диапазону по уровню pH: 7,2 – 7,6 (либо использовать дозирующий насос в ручном режиме, либо вручную через зеркало воды бассейна).
9. Привести воду бассейна к рабочему диапазону по концентрации свободного хлора: 0,3 – 0,6 мг/л (либо использовать дозирующий насос в ручном режиме, либо вручную через зеркало воды бассейна).
10. Откалибровать CL-электрод по показаниям DPD воды бассейна.
11. Перевести дозирующие насосы в режим «Автомат».

Важные замечания:

- Рекомендуется произвести повторную калибровку электородов через 2-3 дня.
- Не рекомендуем калибровать CL-электрод при значениях: ниже 0,3 мг/л и выше 1,0 мг/л.
- Чем чаще калибруется CL-электрод, тем точнее его показания (особенно это важно для общественных бассейнов).

Иногда pH-электрод не калибруется после 10 часовой адаптации к воде, оставьте его подключенным к контроллеру на сутки/двое и повторите калибровку.

С уважением, ДАРИН